

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**COMANDO VIGILI DEL FUOCO****MASSA CARRARA**

UFFICIO: Prevenzione Incendi

*Massa, data del protocollo*Pratica n° **15152**
(da citare nella risposta)Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di MassaAlla Dott.ssa LETIZIA CASANI
c/o AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST
VIA COCCHI 7/9
56120 Pisa
direzione@uslnordovest.postacert.toscana.it

Al Tecnico Ing. Trevisani Paola

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
Massa**Oggetto:** Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Parere Favorevole condizionato.**

Ditta: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Titolare: CASANI LETIZIA

Indirizzo: VIALE MATTEI SNC 54100 - Massa

Istanza Prot. n° 10409 del 18/10/2024.

Attività:

58.1.B Pratiche di cui a D.Lgs 230/95 e L.1860/62 soggette a Nulla Osta Cat B (art. 29)

68.4.B Strutture ambulatoriali, riabilitative, diagnostica e simili, sup. > 1000mq

Intervento in progetto: realizzazione di un nuovo reparto di medicina nucleare presso il NOA

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni che sono stati oggetto della presente valutazione, nonché alle norme vigenti per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta. Inoltre si prescrive a titolo generale che gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio siano realizzati e collaudati secondo le specifiche dei relativi progetti esecutivi redatti conformemente al presente parere, in osservanza comunque delle norme di prevenzione incendi e del D.M. 22-01-2008 N° 37 per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Di seguito si riportano ulteriori prescrizioni:

1. *Dovranno essere adottate le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso l'attività, conformemente a quanto indicato dal DM 02/09/2021.*
2. *I controlli e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere condotti conformemente a quanto indicato dal DM 01/09/2021.*

3. *Sia costantemente mantenuta l'osservanza dei vincoli di esercizio (incluso il carico di incendio presente e il rispetto dell'affollamento massimo), la quale costituisce piena responsabilità del titolare dell'attività o della persona da lui delegata.*
4. *Il Centro di Gestione delle Emergenze dovrà recare le centrali di controllo degli impianti di protezione attiva, in particolare la centrale di allarme dell'impianto IRAI o ripetizione dei segnali di allarme.*
5. *Il sistema d'esodo della struttura preveda l'individuazione di un luogo sicuro all'interno del sedime del NOA, adeguatamente segnalato e tale che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/mq, in cui non vi sia pericolo di crolli e che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano.*

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2014);
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2014) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato** e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 riportata nel richiamato allegato.

Si precisa che la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it ed inoltrata, alternativamente:

- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
VD Ing. PIETRO ARMENIA
firmato digitalmente ai sensi di legge

IL COMANDANTE
DOTT. ING. Alessandro GABRIELLI
firmato digitalmente ai sensi di legge